УТИЛИЗАЦИЯ БИОИНДИКАТОРОВ

БиоТЕСТ (ВИНАР) • Памятка для персонала

1. Цвет среды НЕ изменился (роста спор нет)

• Обеззараживание **не требуется**.

• Сразу утилизируйте индикаторы как **медицинские отходы класса А**.

2. Цвет среды ИЗМЕНИЛСЯ (есть рост), истек срок годности или индикатор поврежден

Шаг 1. Подготовка

Обязательно **откройте пробки на всех индикаторах** перед загрузкой в стерилизатор.

Шаг 2. Обеззараживание в паровом стерилизаторе (автоклаве)

Обработайте индикаторы паром по одному из двух утвержденных режимов:

Параметр	Режим 1	Режим 2
Температура	**126 ± 2 °C**	**134^{+3} °C**
Давление	1,5 кгс/см² (0,15 МПа)	2,0 кгс/см² (0,2 МПа)
Время выдержки	**90^{+5} мин**	**35^{+3} мин**

Шаг 3. Утилизация

После завершения цикла утилизируйте индикаторы как **медицинские отходы класса А**.

ВАЖНО: Не автоклавируйте индикаторы с закрытыми пробками — это нарушает режим обеззараживания и может привести к разгерметизации пробирки.